

## PE-Augentropfensysteme PE-eye dropper systems Flacons collyre en PE

Die Flaschen werden unter Reinraum-Bedingungen (ISO Klasse 8 mit Laminar-Flow Klasse 5) hergestellt und in PE-Beutel eingeschiegelt.

The bottles are produced and sealed in PE-bags under cleanroom condition (ISO class 8 with laminar flow class 5).

Les flacons sont produits puis conditionnés en sachets PE soudés en salle blanche (ISO classe 8 avec laminar flow classe 5).

Weiss oder natur  
Spritz-Blasverfahren

White or nature  
Injection blow molding process


Blanc ou nature  
Procédé d'injection-soufflage

Validierte Bestrahlung möglich

Medisize offers the possibility of product sterilisation via gamma irradiation according to validated procedures

Medisize vous offre la possibilité de la Stérilisation des produits par irradiation gamma selon des procédures validées

Nennvolumen Nominal volume Volume nominal	Randvoll Brimful Ras bord	Höhe Height Hauteur	Durchmesser Diameter Diamètre	Gewinde Neck Bague	Gesamthöhe Total height Hauteur totale (incl. cap)	Artikel-Nummer Article number Référence article
---	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---	---



3 ml	6.4 ml	37.0 mm	21.0 mm	KS 14 x 2.5 mm	49.90 mm	35 269
5 ml	8.45 ml	44.0 mm	21.0 mm	KS 14 x 2.5 mm	57.80 mm	35 017
10 ml	12.1 ml	50.0 mm	24.0 mm	KS 14 x 2.5 mm	63.40 mm	35 018
15 ml	18.2 ml	62.0 mm	25.0 mm	KS 14 x 2.5 mm	75.40 mm	35 020
20 ml	24.0 ml	63.5 mm	28.0 mm	KS 14 x 2.5 mm	77.34 mm	35 072
30 ml	34.5 ml	76.5 mm	30.0 mm	KS 14 x 2.5 mm	89.60 mm	35 021
50 ml	59.0 ml	89.5 mm	35.0 mm	KS 14 x 2.5 mm	104.00 mm	35 071
Garantieverchluss / Tamper evident cap / Capsule inviolable						6504
Tropfer / Nozzle / Compte-gouttes 0.03 ml						92 236
Tropfer / Nozzle / Compte-gouttes 0.05 ml						92 279

Änderungen vorbehalten . Subject to change . Sujet à modifications

Die Flaschen sind im DMF III 10666 hinterlegt. Ausgewählte Produkte wurden auf USP <31> Konformität geprüft.

The bottles are listed in DMF III 10666. Selected products have been tested and conform to USP <31>.

Les flacons sont enregistrés dans notre DMF III n° 10666. Les produits sélectionnés ont été testés pour conformité avec USP <31>.

### Kundenspezifische Lösungen für Flaschen & Verschlüsse

- Entwicklung & Produktion
- Hauseigene Design-Funktionen
- Große Auswahl an Materialien, Größen & Farben
- One-Stop-Shop
- Reinraum Bedingungen

### For your solution in Bottles & Closures

- Development & production
- In-house design capabilities
- Wide range of materials, sizes and colours
- One-stop-shop
- Clean room conditions

### Des solutions sur mesure pour vos demandes des flacons et fermetures

- Conception et production
- Des capacités de conception interne à l'entreprise
- Large gamme des matériaux, tailles et couleurs
- One-stop-shop
- Des conditions salle blanche selon ISO 7 + 8